

平成 26 年 4 月吉日

お客様ならびに関係者各位

RX シリーズの J I S 認証の表示について

2013 年 11 月に行われた JIS 製品の定期維持審査におきまして、適合性の確認を行いました。その際、当 RX シリーズの走行性耐久試験においてフレームにクラックが確認され、不適合となり JIS マーク表示を外すこととなりました。

当該製品は、5 年前の発売開始以降、フレームのクラック事例は発生しておりませんので、継続使用についての問題はないと考えております。

この度は、関係者の皆様にご報告が遅れ、ご心配をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

この件についてのお問い合わせは、下記窓口までご連絡頂きますようお願い致します。

(お問い合わせ窓口)

株式会社 ミキ 営業支援部 (担当：岡崎、江崎)

TEL052-694-0333 FAX052-694-0800

受付時間：平日 (月曜日～金曜日 祝日を除く) 9:00～17:30